

JUDEȚUL TELEORMAN		
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA		
DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ		
Nr.	5064	
Anul	Luna	Ziua
2023	05	28

## ANUNȚ PUBLICITATE

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Nume, Adresa și Persoana de Contact:**

**Denumire oficială:** DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ALEXANDRIA

**Adresa:** str. Dunării, nr. 139, mun. Alexandria

**Localitate:** Alexandria

**Cod postal:** 140030

**Țara:** România

**E-mail:** achizitiidgas@yahoo.com

**Telefon:** +4047 317523

**Punct(e) de contact:** Compartimentul Achiziții Publice

**În atenția:** Ioana Profir

**Adresa(adrese) Internet (dupa caz):** -

**Adresa sediului principal al autorității contractante (URL):** www.dgas.ro

**Tip anunț:** Cumpărare directă

**Tip contract:** Servicii

**Cod CPV:** 33192400-6– ECHIPAMENT STOMATOLODIC (unit dentar, compresor, autoclav)

**Valoarea estimata:** 200.000 lei (fara TVA)

**Condiții de participare:** Oferta se va depune pentru toata cantitatea si toate produsele descrise în Specificații tehnice si se va transmite la adresa de e-mail [achizitiidgas@yahoo.com](mailto:achizitiidgas@yahoo.com) sau la registratura institutiei pana la data de **10.05.2023 ora 12.00** din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman.

**Criterii de atribuire:** Oferta cu pretul cel mai scazut ce intruneste conditiile Specificatiilor tehnice

Valabilitatea ofertei este de 30 de zile

Termenul limita pentru primirea ofertelor: **10.05.2023 ora 12.00**

In cazul in care sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti propunerea dvs.financiara pana 10.05.2023 ora 12.00, la adresa de e-mail [achizitiidgas@yahoo.com](mailto:achizitiidgas@yahoo.com) sau la Registratura institutiei DAS din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman.

**Mentiune:** Condițiile impuse de prezentul anunț vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale.

Prezentului Anunț se anexează Specificațiile tehnice

**Informații suplimentare:** Propunerea tehnică, însoțite de alte documente considerate relevante, se vor transmite până în data de 10.05.2023 ora 12.00, la sediul DAS din strada Dunarii, nr. 139, Alexandria, Teleorman. Compartimentul Achiziții Publice sau prin e-mail: [achizitiidgas@yahoo.com](mailto:achizitiidgas@yahoo.com). Solicitățile de clarificare se vor transmite până pe data de 09.05.2023 ora 14.00. Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să poată fi verificată corespondența acestuia cu fiecare dintre specificațiile tehnice.

Informații și clarificări se pot obține prin telefon 0787662635, persoana de contact Profir Ioana.

Sef serviciu BSAP  
Valentina Nicula

Intocmit,  
Responsabil achizitiei publice,  
Ioana Profir

## I. Necesari echipamente:

**Unit stomatologic -2 bucati**

**Compresor aer uz medical - 2bucati**

**Autoclav - 2 bucati**

**Distilator - 2 bucati**

**Sigilator pungi instrumentar autoclave – 2 bucati**

**Lampa bactericida cu ultraviolete– 2 bucati**

## II. Specificatii Tehnice

### 1. Unit stomatologic:

#### **Masa medicului si Panoul de comenzi:**

- cu brat pantografic si furtune pe jos,
- frana mecanica si tavita de inox pentru instrumentar cu incarcare min 2,5 kg de instrumentar
- protectii din silicon autoclavabil
- tastatura digitala pentru control unit si fotoliu
- setare si memorare a parametrilor de lucru pentru instrumente si pozitii fotoliu; memorare si rechemare minim 2 profile de lucru (personalizare setari de lucru pentru minim 2 medici)
- afisaj intuitiv, cu afisarea valorilor setate a parametrilor de lucru
- temporizare reglabila de utilizator la apa pahar si vas scuiptor
- pornire/oprire lampa scialitica, schimbare intensitati
- parametri ce vor putea fi configurati la instrumente: alegere/limitare nr. rot/min, functia revers micromotor, alegere/limitare putere detartraj, pornire/oprire racire la piesele de mana, alegere tip racire la piesele de mana (apa/spray), reglare debit apa racire, functie de purjare automata traseu atunci cand este selectat pentru modul de lucru cu apa/spray, activare lumina instrument , functia endo pentru detartraj.

#### **Dotari masa medicului:**

1 x Spray apă/aer cu trei functii (apa, aer, spray) cu varf contraunghi

2 x Furtun turbină cu fibră optică Midwest

1 x Furtun micromotor + micromotor cu inductie si cu lumina LED, cu control variabil din pedala a vitezei de rotatie; posibilitate de comutare lumina LED alb sau lumina ultraviolet

1 x Detartraj LED cu functie Endo si min 5 anse

#### **Piese de mana:**

Turbina cu lumina LED si cupla rapida – 2 bucati

Piesa contraunghi cu fibra optica si raport 1:1 – 1 bucata

### **Lampa scialitica:**

- Lampa tehnologie LED cu consum redus de energie si durata lunga de viata
- Intensitate reglabila pana la 30.000 Lux
- Lumina naturala alba 4500K - 5500K
- Control prin senzori optici tip contactless (fara atingere)
- Manere laterale detasabile si autoclavabile

### **Bloc scuipator si alimentare**

- Bloc scuipător fixat pe fotoliu
- sursă de alimentare cu apă distilată pentru răcirea instrumentelor (cu recipient apa distilata), cu umplere din exterior (fara demontare recipient apa distilata)
- vas scuipator cu bol din ceramica, detasabil,
- depresurizare automata apa si aer la oprirea unitului,
- filtru cu regulator pentru alimentarea generala cu apa retea
- filtru cu regulator pentru alimentarea generala cu aer comprimat
- sistem de aspiratie chirurgicala, actionat pe aer comprimat, cu furtune debit mic si furtun debit mare
- aspirator salivar pe principiul Venturi actionat pe aer comprimat

### **Brat asistenta:**

Rotativ, cu 4-6 pozitii pentru instrumente si comenzi pentru apa pahar si clatire vas scuipator.

Prevazut cu:

- 2 trasee de aspiratie chirurgicala cu furtune de debit mic si debit mare;
- aspirator salivar simplu tip venturi (actionat de aer compressor)
- traseul lampa fotopolimerizare

### **Pedala de control complexa:**

- pedală de tip multifunctional si cu excursie laterala (manevrare cu levier orizontal),
- reglaj progresiv pentru turație la micromotor si putere detartror,
- functia de chipblower (suflare aer pentru uscare prin orificiile de racire a pieselor de mana – contraunghi si turbina),
- comenzi pentru pornire apa pahar/chiuveta,
- sistem de siguranta pacient prin blocarea fotoliului atunci cand piesele rotative sunt actionate din levierul de comanda

### **Fotoliu cu memorare pozitii pacient:**

- cu fixare in pardoseala
- pozitie zero (urcare/coborare) cu comanda automata
- pozitii memorabile (minim 4 pozitii)
- Tetiera articulate, cu culisare pe 3 axe
- Sistem de ridicare electro mecanic
- Senzori de siguranta la lovirea unor obstacole

- Cotiera stanga rabatabila
- Tapiterie antibacteriana fara cusaturi cu posibilitate de alegere a culorii
- Protectie detasabila pentru tapiterie la zona de picioare a pacientului
- Pozitie de lucru min/max: 380 mm - 820 mm  $\pm$  20 mm

#### **Scaun de medic:**

- Pozitie de lucru min/max: 370-560 mm
- Tapiterie antibacteriana cu posibilitate de alegere a culorii

## **2. Compressor uz medical**

Rezervor min 25 litri, fara ulei,  
 Pentru uz medical, echipamente stomatologice  
 Debit de aer la iesire (/5 bar): min 140 l/min  
 Putere motor: 1,1-1,3 Kw  
 Nivel de zgomot  $\leq$  67 dB(A)  
 Dimensiuni: 460x500x720 mm (+/\_ 5%)

## **3. Autoclav**

Capacitate 24 litri, cu afisaj tip LCD și meniu limba romana,  
 Afisare parametric de lucru si stare:

- graficul ciclului utilizat
- date instantanee despre presiune, temperatura
- mesaje de avertizare / eroare, alarmă sonoră.

Functii:

- mod de așteptare, (preincalzire pentru următorul ciclu de sterilizare)
- uscare cu posibilitate de a alege timpul de uscare între 1-10 minute
- CICLURI DE STERILIZARE – min 4 cicluri la 134 ° C sau 121 ° C în clasa B sau clasa S. cu posibilitate de alegere mod FLASH
- CICLURI DE TESTARE - Test Helix, test Bowie și Dick și test vid
- IMPRIMANTĂ INTEGRATĂ - pentru imprimarea datelor de sterilizare pe hârtie termică.

## **4. Distilator**

Distilator pentru generarea apei distilate necesara functionarii sterilizatoarelor din domeniul stomatologic.

Caracteristici minime:

- Utilizat pentru distilarea apei prin vaporizare si carbune activ.
- Capacitate min 3 litri in 5 ore
- Oprire automata dupa fiecare ciclu
- Cuva cu capacitate de min 3 litri
- Condensator si cuva din otel inoxidabil

### **5. Sigilator pungi instrumentar autoclave**

- asigura sigilarea pungilor pentru sterilizarea la aburi,
- ajusteaza automat temperature
- carcasa de aluminiu , usor de curatat
- cutit pentru min 100,000 de taieri
- perare bi-directionala
- alerta sonora (la schimbarea starii)
- putere consumata max.100W

### **5. Sigilator pungi instrumentar autoclave**

- asigura sigilarea pungilor pentru sterilizarea la aburi,
- ajusteaza automat temperature
- carcasa de

### **6. Lampa bactericida cu ultraviolete**

Putere 35W- 40W

Voltaj 220V/230V

Frecventa 50-60 Hz

Durata de viata min 8000 ore

Pentru birou

### **Servicii de instalare si punere in functiune**

- transport, montaj, punere in functiune la locatia specificata,
- garantie 3 ani
- termen de livrare si punere in functiune: maxim 6 saptamani de la comanda